

Dilakukan penelitian pada Oktober 2005 Sensitifitas dan spesifisitas Rapid Test Malaria Antigen dengan enzim HRP 2 dan aldolase oleh Dr. Anik Widjayanti DPSK dari RSUD Syaiful Anwar Malang dengan hasil Rapid Test Oncoprobe mempunyai sensitifitas 97% dan spesifisitas 85%